

ZERTIFIKAT Kalibrierprotokoll: Luftkeimsammler
CERTIFICATE calibration protocol: Air Sampler

ccstec

Triesterstraße 36 2512 Oeynhausen
Tel.: +43 2252 252759-0 Fax.: +43 2252 252759-20
www.ccstec.at office@ccstec.at

Kunde: CCSTEC
Client:

Gerätestandort: A-2512 Oeynhausen
Unit place:

Kalibrierort: A 2512 - Oeynhausen
Place of calibration:

Prüfnummer: 15_7147
Check number:

Identifikation des Geräts:
Identification of the equipment:

Fabrikat: MBV
Brand:
Modell: MAS-100
Model:
Lochdeckel: 400 x 0.7
Sampling Head:

Seriennummer: 29149
Serial Number:
Kunden Gerätenummer: n.a.
Customer device number:

Der oben genannte Luftkeimsammler entspricht den Spezifikationen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Die Kalibrierung wurde mit Vergleichstests mit unserem Referenzgerät durchgeführt. Diese Methode ist rückführbar auf Internationale Standards oder wurde von akzeptablen physikalischen Konstanten abgeleitet.

Messgeräte:
Measuring instruments:

Anemometer: DA-100 NT
Anemometer:

Kalibrierzertifikat:
1.527.160

Seriennr. / Prüfmittelnr.:

16112 / C81

Kalibrierung:

19.05.2015

Modell: LABOR 3
Stoppuhr: Stopclock:

Kalibrierzertifikat:
Z29

Seriennr. / Prüfmittelnr.:

4202 / Z29

Kalibrierung:

11.02.2015

Bedingungen während der Kalibrierung:
Conditions during the calibration:

rel. Feuchte: 40,7 %
Relative humidity:

Temperatur: 25,4 °C
Temperature:

Druck: 998,0 mbar
Pressure:

Kalibriert am: 11.09.2015
Calibration Date:

Kalibrierung:
Calibration:

Measurement No:		1	2	3	Average
Target air flow	[SLPM]	100,0	100,0	100,0	100,0
Deviation of DA-100 NT	[SLPM]	0,2	0,2	0,2	0,2
Air flow on DA-100 NT	[SLPM]	98,8	98,7	98,9	98,8
Corrected air flow	[SLPM]	98,6	98,5	98,7	98,6
Deviation from target air flow: Max. ± 2.5 %	%	-1,40	-1,50	-1,30	-1,4

☒ Messwerte innerhalb der Spezifikation / Measured values within the range of the specification
☐ Messwerte außerhalb der Spezifikation / Measured values beyond the specification

Nächste Kalibrierung: 11.09.2016
Next calibration:

Geprüft durch:
Inspected by:

Christian Ribarits 11.09.2015
(Name, Datum, Unterschrift)
(Name, Date, Signature)

Freigegeben durch:
Approved by:

Marcus Willig 11. Sep. 2015
(Name, Datum, Unterschrift)
(Name, Date, Signature)