

FLUKE® CalNet®



Kalibrierschein / Calibration Certificate

Nr. / No. 09122016

Analog & Digital Messtechnik Ges.m.b.H., garantiert - sofern nicht anders vermerkt - dass das unten angegebene Gerät auf die vom Hersteller veröffentlichten Spezifikationen geprüft wurde und diese an den geprüften Punkten erfüllt oder übertrifft. Es wurde gegen Normale kalibriert, deren Genauigkeit auf nationale oder internationale Normale rückführbar ist oder durch Ableitungen aus Kalibriertechniken erreicht wurde. Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverarbeitet werden. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

Analog & Digital Messtechnik Ges.m.b.H. certify - unless otherwise stated - that the below instrument meets or exceeds the manufacturer's published specifications at the points tested. All measurements are traceable to national or international standards or have been derived by approved ratio techniques. This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Gegenstand
Object

Multimeter

Hersteller
Manufacturer

Fluke

Typ
Model

87 V

Seriennummer
Serialnumber

87380269

Inventarnummer
Assetnumber

Auftraggeber
Customer

**Cleanroom Control and
Sterilization Technology GesmbH
2512 Oeynhausen**

Anzahl der Seiten
Number of Pages

3

Seite
Page

**1 von 3
1 of 3**

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

05. 12. 2016

Analog & Digital Messtechnik
Gesellschaft m.b.H.
Südstrandstr. 15
A-1232 Wien
Fax 01/6175320-10
Tel. 01/6175320-0

Stempel
Seal

Kugler W.

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of Calibration Laboratory

E. Siczkovsky
Prüfer
Test engineer

C45 2/3

CalNet Prüfprotokoll CalNet Certificate

Modell: 87 V
Model
Seriennummer: 87380269
Serial Number

Zert Nr: 09122016
Cert No
Datum: 05. Dezember 2016
Date

Prüfer: E. Siczkovsky
Test engineer

Ort der Kalibrierung: Analog & Digital Messtechnik GmbH
Location of calibration
1230 Wien

Temperatur: 23,0 +/- 1 °C
Temperature

Relative Luftfeuchtigkeit: 50 +/- 20 %
Relative humidity

Prüfanweisung: Fluke 87-V :B :CN_Ver. :1_Y :5520 :E :
Procedure name

Version: 1.6

Eingangstatus: **Entspricht an den geprüften Punkten den Herstellerangaben.**
Incoming status Within manufacturer specifications at tested points.

Ausgangstatus: **Entspricht an den geprüften Punkten den Herstellerangaben.**
Outgoing status Within manufacturer specifications at tested points.

Kalibriergegenstand wurde nicht justiert.
No adjustment has been carried out.

Bemerkung:
Remark

Verwendete Standards / Used Standards

Beschreibung <i>Description</i>	Gerätetyp <i>Standard</i>	Seriennummer <i>Serialnumber</i>	Kalibrierschein <i>Certificate no</i>	Kalibrierdatum <i>Calibration date</i>
Calibrator	Fluke 5520A	8525022	DAkKS 10992	01 - Februar - 16

C453/3

CalNet Prüfprotokoll

CalNet Certificate

Modell: 87 V
Model
 Seriennummer: 87380269
Serial Number

Zert Nr: 09122016
Cert No
 Datum: 05. Dezember 2016
Date

MESS- BEREICH	PRÜFSYSTEM	ERGÄNZUNG	PRÜFLING	ABWEICHUNG	FEHLER IN % DER SPEZ.
<i>Range</i>	<i>Testsystem</i>	<i>Remark</i>	<i>UUT</i>	<i>Deviation</i>	<i>% of Tol.</i>
FUNCTION CHECKS					
	DISPLAY TEST				PASS
	BACKLIGHT TEST				PASS
	PUSHBUTTON TEST				PASS
DUTY CYCLE					
50%	1kHz	50.0%	0.00%	0	
PEAK MIN/MAX					
6V	MAX	6.015V	0.250%	14	
-2V	MIN	-2.027V	1.35%	26	

End of Test Data