

Laborblatt/ Testsheet

Test Datum: Test Date:	28.12.2017	C69	ccstec
Druchgeföhrt von: Accomplished of:	Daniel Gruber		

Auftragsnummer: CP0999
Log No.:

Kunde: CCSTEC intern
Client:
Anschrift: Triesterstraße 36
Address: 2512 Oeynhausen
0

Kontaktperson: Herr Marcus Willig
Contact:
Telefon: 02252 252759

Prüfnummer: 17_9637
Certificate No.:
Testnummer: ---
Check No.:

l/min	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert	27,32	27,2	-0,44
2. Wert	27,34	27,2	-0,51
3. Wert	27,33	27,2	-0,48
			-0,48

	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert	22,8	23,1	1,32
2. Wert	22,76	23,1	1,49
3. Wert	22,78	23,1	1,40
			1,40

	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert	18,72	19	1,50
2. Wert	18,73	19	1,44
3. Wert	18,74	19	1,39
			1,44

	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert			#DIV/0!
2. Wert			#DIV/0!
3. Wert			#DIV/0!
			#DIV/0!

			ABWEICHUNG
1. Wert			#DIV/0!
2. Wert			#DIV/0!
3. Wert			#DIV/0!
			#DIV/0!

	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert			#DIV/0!
2. Wert			#DIV/0!
3. Wert			#DIV/0!
			#DIV/0!

	Partikel Referenz	Partikel Testgerät	ABWEICHUNG
1. Wert			
2. Wert			
3. Wert			
			0,00

Techniker:
Technican:

Kunde:
Customer:


Daniel Gruber 28.12.2017
(Name, Datum, Unterschrift)
(Name, Date, Signature)

(Name, Datum, Unterschrift)
(Name, Date, Signature)