

Testo Industrial Services KALIBRIERSCHEIN

Kalibrierlabor für Messgeräte der Temperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Drehzahl, Rauchgas, Druck, elektrische Messgrößen und Frequenzen.
Calibration laboratory for measuring of temperature, humidity, velocity, rotational speed, flue gas, pressure, electrical measurands and frequency.



Be sure.

Seite 1 von 3
Kalibriernummer: **174895**

Kalibrierschein Calibration Certificate

Auftraggeber Name / Anschrift Customer name / address	CCS Tec-Cleanroom Control and Sterilization Technology GmbH Triester Straße 36 A-2512 Oeynhausen
Gegenstand Object	testo 445 Multifunktions-Meßgerät testo Drucksonde 0638.1345
Eingangsdatum Date of entry	14.06.2018
Hersteller Manufacturer	Testo AG
Typ Type	Präzisions-Multifunktions-Messgerät
Seriennummer Serial number	0085 3656/307 304
Inventarnummer / Identnummer Inventory number / ID number	C25
Kalibriernummer Order number	174895
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate	3
Datum der Kalibrierung Date of calibration	27.06.2018
Kalibrierergebnis Finding	Die gemessenen Abweichungen liegen innerhalb der Herstellerspezifikationen.

Die verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, gleichwertiger Institute anderer Staaten oder Kalibrierstellen im Rahmen des österreichischen Kalibrierdienstes oder vergleichbarer Stellen anderer Staaten. Existieren keine nationalen Normale, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen.

The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and traceable to national standards of the BEV or other national standards or accredited calibration laboratories (ÖKD) or similar accredited laboratories from other countries. Should no national standards exist, the measuring procedure corresponds with the technical regulations and norms valid at the time of measurement.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel
Seal

Datum
Date

Bearbeiter
Person responsible

TESTO Industrial Services GmbH
A-1170 Wien, Geblergasse 94
Tel.: 01/486 26 11-0, Fax DW 20

27.06.2018

Werner Paluselli

Testo Industrial Services GmbH

Geblergasse 94
1170 Wien

Tel. 01 / 486 26 11 - 0
Fax 01 / 486 26 11 - 51

Testo Industrial Services KALIBRIERSCHEIN



Be sure.

Seite 2 von 3
Kalibriernummer: 174895

Auftragsinformation

Remarks

Der Prüfling wurde vor Beginn der Kalibrierung genullt.

Empfohlener Rekalibriertermin

Recommended recalibration date

06-2019

Messergebnis

Results

Sollwert reference value		Unter-Grenze lower limit		Prüfling unit under test		Ober-Grenze upper limit		Abweichung deviation	
0,000	hPa	-0,004	hPa	0,000	hPa	0,004	hPa	0,000	hPa
0,200	hPa	0,195	hPa	0,201	hPa	0,205	hPa	0,001	hPa
0,315	hPa	0,309	hPa	0,315	hPa	0,321	hPa	0,000	hPa
0,400	hPa	0,394	hPa	0,400	hPa	0,406	hPa	0,000	hPa
0,450	hPa	0,443	hPa	0,450	hPa	0,457	hPa	0,000	hPa
0,500	hPa	0,493	hPa	0,499	hPa	0,507	hPa	-0,001	hPa
0,600	hPa	0,592	hPa	0,599	hPa	0,608	hPa	-0,001	hPa
0,630	hPa	0,622	hPa	0,629	hPa	0,638	hPa	-0,001	hPa
0,800	hPa	0,791	hPa	0,799	hPa	0,809	hPa	-0,001	hPa
1,000	hPa	0,990	hPa	0,998	hPa	1,010	hPa	-0,002	hPa
abwärts									
1,000	hPa	0,990	hPa	0,998	hPa	1,010	hPa	-0,002	hPa
0,800	hPa	0,791	hPa	0,798	hPa	0,809	hPa	-0,002	hPa
0,630	hPa	0,622	hPa	0,629	hPa	0,638	hPa	-0,001	hPa
0,600	hPa	0,592	hPa	0,599	hPa	0,608	hPa	-0,001	hPa
0,500	hPa	0,493	hPa	0,499	hPa	0,507	hPa	-0,001	hPa
0,450	hPa	0,443	hPa	0,449	hPa	0,457	hPa	-0,001	hPa
0,400	hPa	0,394	hPa	0,399	hPa	0,406	hPa	-0,001	hPa
0,315	hPa	0,309	hPa	0,314	hPa	0,321	hPa	-0,001	hPa
0,200	hPa	0,195	hPa	0,199	hPa	0,205	hPa	-0,001	hPa
0,000	hPa	-0,004	hPa	-0,001	hPa	0,004	hPa	-0,001	hPa

Die Kalibrierung bezieht sich ausschließlich auf die bezeichneten Gegenstände zum Zeitpunkt der Prüfung.
The calibration refers exclusively to the called objects at the time of the calibration.