

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1

Seite
Page 1 / 2

Kunde: **Steamtec GesmbH**
 Customer: **Triesterstraße 36**
AT-2512 Oeynhausen

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **AT732000000302**

Datum
Date **01.10.2020**

Kundenbestellnummer Customer order No.	Kalibrierung	Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No.	Bestelldatum Order date	29.09.2020
---	---------------------	--	----------------------------	-------------------

Auftrags-Nr./ Pos. Order No. / Item	SO20209146	Artikel-Nr. Part No.		
--	-------------------	-------------------------	--	--

Typ Model	232.50.100	Serien-Nr Serial No.	8970052265	Anzeigebereich Scale range	(0 ... 40) bar g
--------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------

Klasse Class	1 % FS	Messstellen-Nr. Tag No.	Z67
-----------------	---------------	----------------------------	------------

Referenzgerät Reference	CPC8000 MB: -1...60bar	0,008 % FS	(-1 ... 60) bar g	Kalibriernummer Calibration No.	4550290
----------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------

Temperatur Temperature	22,5 °C ± 1 K	Atm. Luftdruck Atm. Pressure	981,6 ± 1 hPa	Rel. Feuchte Rel. Humidity	47 ± 1 %
---------------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------

Ergebnis
Result

Prüfling Test Item bar	Referenz Standard bar		rel. Abweichung rel. Deviation % FS	
	↑	↓	↑	↓
0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10,27	10,14	-0,67	-0,35
20	20,32	20,19	-0,80	-0,47
30	30,37	30,32	-0,92	-0,80
40	40,38	40,38	-0,95	-0,95

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1




Seite
Page

2 / 2

Kunde: Steamtec GesmbH
Customer: Triesterstraße 36
AT-2512 Oeynhausen

Zeugnis-Nr.
Certificate No. AT732000000302

Datum
Date 01.10.2020



Der Kalibriergegenstand hält die Herstellerspezifikationen ein!
The calibration item keeps the manufacturer specifications!

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Normen:
The calibration was carried out according to the following standards:

DIN EN 837-1
DIN EN 837-3
IEC 61298

Bemerkung / Remarks:

Abnahmebeauftragter
Inspection Representative Christian Gaal

Prüfer
Examiner Nermin Salihovic

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift.
This document was created automatically and needs no signature.